

Łódź, dnia 09 lipca 2014r.

## WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 3

### Pytanie Nr 1

Dotyczy załącznika Nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec azotanów 1000 mg NO<sub>3</sub>/l jako KNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie Nr 2

Dotyczy załącznika Nr 7, poz. 17

Czy Zamawiający zaakceptuje wzorzec fosforanów 1000 mg PO<sub>4</sub>/l jako H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie Nr 3

Dotyczy załącznika Nr 7, poz. 22, 25, 30

Prosimy o podanie wymaganej objętości wzorca.


**Odpowiedź: Poz. 22 – 100 ml, Poz. 25 – 100 ml, Poz. 30 – 500 ml.**

### Pytanie Nr 4

Dotyczy załącznika Nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikaty lub specyfikacje techniczne dołączone do oferty przetargowej w języku angielskim (bez tłumaczenia)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Łódzki Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska  
  
Piotr Maks